



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.32.002.A № 47317

Срок действия до 20 июля 2017 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ  
Термопреобразователи универсальные ТПУ 0304

ИЗГОТОВИТЕЛЬ  
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное  
предприятие "ЭЛЕМЕР" (ООО НПП "ЭЛЕМЕР"), г. Москва, г. Зеленоград

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 50519-12

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ  
НКГЖ.411611.001МП

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ  
для термопреобразователей с термопреобразователями сопротивления:  
4 года для диапазона температуры от минус 50 до 350° С;  
2 года для диапазона температуры от 350 до 600° С;  
для термопреобразователей с преобразователями термоэлектрическими:  
4 года для диапазона температуры от минус 50 до 850° С;  
2 года для диапазона температуры от 850 до 1100° С;  
шесть месяцев для диапазона температуры от 1100 до 1800° С

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по  
техническому регулированию и метрологии от 20 июля 2012 г. № 505

Описание типа средств измерений является обязательным приложением  
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства



Е.Р.Петросян

2012 г.

Серия СИ

№ 005668